Kullanım Talimatları

Türkçe - MBK1074-01/24

# R-SI-LINE ® METAL-BITE®

MD

CE 0482

**Üretici firma:**
R-dental Dentalmaterialien GmbH • Winterhuder Weg 88 • 22085 Hamburg • DE
T +49 521-94989519 • E info@zirkonex.de • I www.zirkonex.de

**R-SI-LINE ® METAL-BITE ®**
**REF MBK1074**

**Ürün Açıklaması**

R-SI-LINE ® METAL-BITE ® otomatik karışımlı çift kartuşlarda otomatik olarak uygulanabilen, son derece hızlı, son derece sert ve hassas bir ısırık kayıt malzemesidir. Kabarcık oluşturmadan direkt olarak oklüzal yüzeylere uygulanabilir.

R-SI-LINE ® METAL-BITE ® son ısırma pozisyonunda ve anahtar materyal olarak kullanılabilir, örneğin ağız içi kayıtlar için ve facebow transferi sırasında ısırma çatallarının sabitlenmesi için.

R-SI-LINE ® METAL-BITE ® taranabilir ve bu nedenle verilerin tozsuz optik kaydı için kullanılabilir (antagonist kayıt).

R-SI-LINE ® METAL-BITE ® vinilpolisiloksan bazlı bir ilave-kürleme kayıt malzemesidir. R-SI-LINE ® METAL-BITE ® kesilmesi ve frezelenmesi çok kolay, sert ve ufalanmayan bir malzemedir.

Tiksotropi özelliği sayesinde R-SI-LINE ® METAL-BITE ® 'ın diş aralarına istenmeyen şekilde akması engellenir ve kolayca çıkarılmasını sağlar.

**Endikasyonlar/amaçlanan kullanım**

R-SI-LINE ® METAL-BITE ® aşağıdakiler için endikedir

- ısırık kayıt malzemesidir,
- ağız içi pin kayıtları için anahtar materyal,
- şanzıman sırasında çatalları sabitlemek için malzeme ve
- taranabilir kayıt materyali.

**Performans özellikleri**

Ürünün performans özellikleri, amaçlanan kullanımın gereksinimlerini karşılamaktadır.

**Kontrendikasyonlar**

Bilinmiyor.

**Hasta hedef grubu**

Diş prosedürü sırasında tedavi gören kişiler.

**Amaçlanan kullanıcılar**

Bu tıbbi cihaz yalnızca profesyonel olarak eğitilmiş bir diş hekimi tarafından kullanılmalıdır.

**Uygulama**

**1. Otomatik karıştırma kartuşunu/R-SI-LINE ® MIXING PISTOL N'yi hazırlama**

Otomatik karıştırma kartuşunu MIXING PISTOL N'ye (REF MIP1081) yerleştirin ve kilitleyin. İlk kullanımdan önce orijinal kapağı çıkarın ve atın. Yeni bir karıştırma kanülü takarken, her iki macunun da eşit şekilde ekstrüde edilip edilmeyeceği kartuşta test edilmelidir. Ardından karıştırma kanülü R-SI-LINE ® MIXING CANNULA SXN'yi (REF MIK1093) takın. Karıştırma tabancası uygulamaya hazırdır. Dişlere doğrudan, geniş uygulama için R-SI-LINE ® BITE-TIPS'i (REF BRT1000) kullanın.

**2 a. Kayıt**

Uygulamadan önce, otomatik olarak karıştırılan az miktarda malzeme (bezelye büyüklüğünde) sıkılır ve hemen atılır. Otomatik olarak karıştırılan R-SI-LINE ® METAL-BITE ® doğrudan oklüzal bölgelere veya yüz arkı transferi için ısırma çatalına uygulanır. Oklüzal yüzeyler, uygulama başladıktan sonra 20 saniye içinde (23 °C'de çalışma süresi) istenen oklüzyonda kapatılmalıdır.

Ağızda 60 saniye kaldıktan sonra, R-SI-LINE ® METAL-BITE ® sertleşmiş olur ve ağızdan çıkarılabilir.

**2 b. Veri kaydı (statik, antagonist-kayıt)**

Otomatik olarak karıştırılan R-SI-LINE ® METAL-BITE ® doğrudan hazırlanan oklüzal alanlara uygulanır. Sertleştikten sonra kayıt çıkarılmayacak ve mesial ve distal olarak hazırlanacaktır. Daha sonra mesial, kayıt edilen (antagonistin) ve distal oklüzal alan optik olarak kaydedilebilir (Tarama).

**2 c. Veri kaydı (dinamik, FGP-antagonist-kaydı)**

Sertleştirmeden sonra kayıt intraoral mezial ve distal olarak hazırlanacak ve oklüzal bilgilerle bir FGP masasına indirilecektir. Daha sonra bu masaya taze malzeme uygulanacak ve gezi hareketleri (trüzyon hareketleri) yapılacaktır. Daha sonra dinamik kayıt taranabilir (literatür >> www.r-dental.com).

Doldurulan KARIŞTIRMA KANÜLÜ bir sonraki uygulamaya kadar bir conta görevi görür.

**3. Artikülatör**

R-SI-LINE ® METAL-BITE ®, alçı modelin artikülatörde sabitlenmesi sırasında görsel kontrol sağlar. R-SI-LINE ® METAL-BITE ®'den yapılan kayıtlar, büzülme olmadan aylarca saklanabilir.

**4. Dezenfeksiyon**

R-SI-LINE ® METAL-BITE ®, özellikle eklemeli kürleme silikonlarına dayalı malzemeler için dezenfektan solüsyonlarla dezenfekte edilebilir. Lütfen üreticinin kullanım talimatlarını izleyin.

**5. Saklama**

25 °C'nin (77 °F) üstünde saklamayın! Güneş ışığına maruz bırakmaktan kaçının. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayın.

**Ek notlar**

Lateks eldiven kullanmayın çünkü vinil silikonların polimerizasyonunu engelleyebilirler. Hazırlanmış dişe lateks eldivenlerle dokunmayın.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın!

**Bertaraf**

Ürünün yerel otorite yönetmeliklerine göre bertarafı.

**Bildirim yükümlülüğü**

Bu tıbbi cihazla bağlantılı olarak meydana gelen AB Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine göre ciddi olaylar üreticiye ve yetkili otoriteye bildirilmelidir.

R-SI-LINE ve METAL-BITE, R-dental Dentalerzeugnisse GmbH'nin tescilli ticari markalarıdır.

**Garanti** R-dental Dentalmaterialien GmbH, bu ürünün malzeme ve üretim hatalarından ari olduğu- nu garanti eder. R-dental Dentalmaterialien GmbH, pazarlanabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk konusunda zımni garanti dahil olmak üzere başka hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ürünün uygulanmasından ve kullanım amacından kullanıcı sorumludur. Garanti süresi içe- risinde üründe herhangi bir arıza meydana gelirse, sizin tek çözümünüz ve R-dental Dentalmaterialien GmbH'nin tek yükümlülüğü ürünü onarmak veya yenisiyle değiştirmek olacaktır.

**Sorumluluk sınırlaması** Sorumluluk reddinin yasa tarafından izin verildiği ölçüde, R-dental Dentalmaterialien GmbH, garanti, sözleşme, ihmal veya kasıtlı niyet dahil olmak üzere yasal durumdan bağımsız olarak, bu ürünün neden olduğu doğrudan, dolaylı, özel, tesadüfi veya sonuçsal hiçbir kayıp veya hasardan sorumlu tutulamaz.

© 2024 R-dental Dentalmaterialien GmbH. Her hakkı saklıdır.